



## InkFormulation/ColorQuality - Online Client Installation

### Client Treiber

Um die Messgeräte eXact, Ci4200, Ci4200 UV, Ci52, Ci62, Ci64, Ci64UV, Ci7600 und Ci7800 mit der Online Version von InkFormulation 6 / ColorQuality 6 zu verbinden, muss ein zusätzlicher Treiber auf dem lokalen Computer installiert werden. Der Treiber kann von [www.xrite.com](http://www.xrite.com) heruntergeladen werden. Abhängig von der SpectroServer Version auf dem Online System, muss folgende Treiber Version installiert werden:

Spectro Server	Client Treiber	Unterstützte Messgeräte
3.1	<b>Terminal Server:</b> eXact Online Client <b>1.0</b>	eXact
3.2	<b>Terminal Server:</b> InkFormulation/ColorQuality Client <b>1.0</b>	eXact, Ci4200, Ci4200UV
3.3	<b>Terminal Server:</b> InkFormulation/ColorQuality Client <b>1.1</b> <b>Citrix:</b> InkFormulation/ColorQuality Citrix Client <b>1.1</b> or <b>Terminal Server:</b> InkFormulation/ColorQuality Client <b>1.2</b> <b>Citrix:</b> InkFormulation/ColorQuality Citrix Client <b>1.2</b>	eXact, Ci4200, Ci4200UV, Ci62, Ci64, Ci64UV
3.4	<b>Terminal Server:</b> InkFormulation/ColorQuality Client <b>1.2</b> <b>Citrix:</b> InkFormulation/ColorQuality Citrix Client <b>1.2</b>	eXact, Ci4200, Ci4200UV, Ci52, Ci62, Ci64, Ci64UV
3.41	<b>Terminal Server:</b> InkFormulation/ColorQuality Client <b>1.41</b> <b>Citrix:</b> InkFormulation/ColorQuality Citrix Client <b>1.31</b>	eXact, Ci4200, Ci4200UV, Ci52, Ci62, Ci64, Ci64UV, Ci7600, Ci7800

### Geräte Treiber

Zusätzlich zum Client Treiber muss auf dem lokalen Computer der Gerätetreiber der Geräte Installations CD installiert werden.

## **64-Bit Computer**

64-Bit Computer benötigen mit dem Client Treiber 1.41 (Citrix: 1.31) nicht mehr länger eine zusätzliche Batch-Datei.